

Białystok, dnia 02.10.2020 r.

UNIwersytet w BIAŁYMSTOKU
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Uniwersytet w Białymstoku jako Zamawiający odpowiada na zapytania, które wpłynęły w dniu 01.10.2020 r. oraz dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Zapytanie 1

Dotyczy wzoru umowy – kary umowne pkt 1 i 2

Czy ze względu na utrudniony ruch graniczny spowodowany sytuacją epidemiczną w kraju Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych do 0,2% za każdy dzień opóźnienia ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej w § 11 ust. 1 i 2 wzoru umowy (Załącznik nr 4.3 do Ogłoszenia o zamówieniu) w zakresie zadania nr 16. W związku z powyższym § 11 ust. 1 i 2 wzoru umowy (Załącznik nr 4.3 do Ogłoszenia o zamówieniu) otrzymuje brzmienie:

§ 11 Kary umowne

1. Za nieterminową realizację zamówienia objętego umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości netto umowy (dotyczy zadania nr 16), w wysokości 1% wartości netto umowy (dotyczy zadań nr 1,2,3), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kara umowna może zostać potrącana z faktury.
2. Za nieterminowe usunięcie poszczególnych wad lub usterek zgłoszonych w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości netto umowy (dotyczy zadania nr 16), w wysokości 1 % (dotyczy zadań nr 1,2,3) wartości netto umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Zapytanie 2

Dotyczy Załącznika nr 2 – zadanie nr 16 pkt 1

Zgodnie z wiedzą Wykonawcy, pipeta o wymaganych przez Zamawiającego parametrach posiada zakres od 0,1 do 2,5 µl, w związku z czym cechuje się poniższymi wartościami błędów:

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,25 µl 17%;
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1,25 µl 2,5%;
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 µl 1,4%

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści pipetę o powyższych parametrach?

Odpowiedź: Nie.

Zapytanie 3

Czy Zamawiający dopuści pipetę barwnym kodzie na przycisku pipety ułatwiającym dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – w kolorze ciemnoszarym?

Odpowiedź: Nie.

Zapytanie 4

Dotyczy Załącznika nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu – zadanie nr 16 pkt 2

Zgodnie z wiedzą Wykonawcy, pipeta 0,5-10 µl o wymaganych przez Zamawiającego parametrach cechuje się poniższymi błędami systematycznymi dla objętości

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 µl 8%;
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 µl 1,5%;
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 µl 1%.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści pipetę o powyższych parametrach?

Odpowiedź: Nie.

Zapytanie 5

Czy Zamawiający dopuści pipetę barwnym kodzie na przycisku pipety ułatwiającym dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – w kolorze szary pośredni?

Odpowiedź: Nie.

Zapytanie 6

Dotyczy Załącznika nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu – zadanie nr 16 pkt 3

Zgodnie z wiedzą Wykonawcy, pipeta 2-20 μl o wymaganych przez Zamawiającego parametrach cechuje się poniższymi błędami systematycznymi podczas pipetowania:

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl - 5%
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl - 1,2%
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl - 1%

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści pipetę o powyższych parametrach?

Odpowiedź: Nie.

Zapytanie 7

Dotyczy Załącznika nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu – zadanie nr 16 pkt 4

Zgodnie z wiedzą Wykonawcy, pipeta 10-100 μl o wymaganych przez Zamawiającego parametrach cechuje się poniższymi błędami systematycznymi podczas pipetowania

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl - 3%
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl - 1,0%

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści pipetę o powyższych parametrach?

Odpowiedź: Nie.

Zapytanie 8

Dotyczy Załącznika nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu – zadanie nr 16 pkt 5

Zgodnie z wiedzą Wykonawcy, pipeta 20-200 μl o wymaganych przez Zamawiającego parametrach cechuje się poniższymi błędami systematycznymi podczas pipetowania

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl - 2,5%
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl - 1,0%

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści pipetę o powyższych parametrach?

Odpowiedź: Nie.

Zapytanie 9

Dotyczy Załącznika nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu – zadanie nr 16 pkt 6

Zgodnie z wiedzą Wykonawcy, pipeta 100-1000 μl o wymaganych przez Zamawiającego parametrach cechuje się poniższymi błędami systematycznymi podczas pipetowania

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl - 3%
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl $\pm$ 0,7%, 1%

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści pipetę o powyższych parametrach?

Odpowiedź: Nie.

Powyższa informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej, na której Zamawiający udostępnił Ogłoszenie o zamówieniu oraz przesłana Wykonawcy, który wniósł zapytania do ogłoszenia o zamówieniu.

KANCLERZ
Uniwersytetu w Białymstoku
mgr Tomasz Zalewski